



**COTAÇÃO DE PREÇOS**

Apresentação da Proposta:

Venho por meio desta apresentar minha Cotação de Preços para contratação de empresa para locação de analisador bioquímico Bio-200, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

NOME EMPRESARIAL: M E ANALISE E DIAGNÓSTICO EIRELI					
END: RUA CORONEL JOAO SENA, 386					
CIDADE: PRESIDENTE DUTRA		UF: MA	CEP: 65.760-000		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: MARCUS EMANOEL DE CASTRO SOUZA					
CNPJ: 18.730.171/0001-31					
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de analisador bioquímico, destinado para exames laboratoriais pertencentes a rede Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QT.	VL. UNIT.	V. TOTAL
1	<p>Analisador Bioquímico semi-automático: Modelo Bio-200. Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto)</li> <li>Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs</li> <li>Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm</li> <li>Banda de passagem 10nm para 340 e 06nm para demais filtros</li> <li>Luz espúria: 0,01% T</li> <li>Leituras monocromáticas e bicromática</li> <li>Fluxo contínuo de 150 ul a 2,0 ml</li> <li>Cubeta de fluxo metálica de 32 ultermostatizada para 25, 30, 37 0,1 °C</li> <li>Contaminação cubeta: 1% com 500 ul (teste com solução de dicromato de potássio)</li> <li>Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla</li> <li>Leituras com padrão, multi padrão e fator</li> <li>Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings</li> <li>Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada</li> <li>Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade</li> <li>Controle completo da reação cinética ou colorimétrica</li> <li>Alimentação: 110, 127, 220 Volts 35 VA</li> </ul>	MÊS	12	R\$ -3.900,00	R\$ -46.800,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*



**LABORATÓRIO**

Centro de Análise e Diagnóstico

Responsável Técnico:  
Marcus Emanuel de Castro Souza  
CRF/MA 2720

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de registro na ANVISA 104239100006.</li> <li><b>EXAMES ESPECÍFICOS:</b></li> <li>• GLICEMIA;</li> <li>• COLESTEROL;</li> <li>• HDL COLESTEROL;</li> <li>• TRIGLICÉRIDES;</li> <li>• FOSFATASE ALCALINA;</li> <li>• AMILASE;</li> <li>• TGO (AST);</li> <li>• TGP (ALT;)</li> <li>• UREIA;</li> <li>• CREATININA;</li> <li>• ÁCIDO ÚRICO;</li> <li>• BILIRRUBINA TOTAL;</li> <li>• BILIRRUBINA DIRETA;</li> <li>• BILIRRUBINA INDIRETA;</li> <li>• FERRO SÉRICO;</li> <li>• GAMA GT.</li> </ul>				
<b>VALOR GLOBAL: R\$ 46.800,00 ( Quarenta e seis mil e oitocentos reais)</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$46.800,00 /</b>	

Presidente Dutra-MA, 04 de Novembro de 2021

MARCUS EMANUEL DE CASTRO SOUZA  
RG: 114648099-3 SSP/MA  
CPF: 017720783-36